



## INDICAÇÃO DE USO

Kit desenvolvido para procedimento de inserção de DIU.

## ITENS

- Campo para cobertura de mesa, em SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m<sup>2</sup> com 60x60 cm de comprimento;
- Compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada, com 25 cm de comprimento;
- Pinça Cheron em metal, de 24,5 cm de comprimento;
- Pinça Pozzi metálica, ponta fina, com 25cm de comprimento;
- Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento;
- Espéculo vaginal, modelo Collin,
  - P - 161 mm comprimento/ 22 mm largura proximal/ 22 largura distal/ eixo longitudinal 88 mm;
  - M - 171 mm comprimento/ 25 mm largura proximal/ 28 largura distal/ eixo longitudinal 93 mm;
  - G - 181 mm comprimento/ 29 mm largura proximal/ 32 largura distal/ eixo longitudinal 100 mm;
- Par de luvas nitrílicas, tamanho único

**CONFIRA** OS NOSSOS PRODUTOS  
**ACESSE** O QR CODE:



**CÓDIGO:** (G) AK2015, (M) AK2014, (P) AK2013  
**REGISTRO ANVISA MS:** 82441209019  
**VALIDADE:** 2 ANOS