



INDICAÇÃO DE USO

Kit desenvolvido para procedimento de inserção de DIU.

ITENS

- Campo para cobertura de mesa, em SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m² com 60x60 cm de comprimento;
- Compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- Espéculo vaginal tamanho P com parafuso previamente rosqueado;
- Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada de 25 cm de comprimento;
- Par de luvas de nitrilo de procedimento estéril, tamanho médio;
- Pinça Cherron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento;
- Pinça Pozzi, ponta fina, com 26,5cm de comprimento;
- Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento.

CONFIRA OS NOSSOS PRODUTOS
ACESSE O QR CODE:



CÓDIGO: AK2003

REGISTRO ANVISA MS: 82441209004

VALIDADE: 2 ANOS